

**CNPJ:** 12.273.240/0001-49  
**Rua João Castilho, 111**  
**C.E.P.:** 89898-000 - Tunápolis - SC

**Processo Administrativo:**  
**Processo de Licitação:** 45/2016  
**Data do Processo:** 11/10/2016

Folha: 1/3

**OBJETO DA LICITAÇÃO:**

A presente licitação tem por objeto a aquisição de Câmara para armazenamento de vacinas para o Fundo Municipal da Saúde, conforme as especificações técnicas, itens, e quantitativos constantes em seus anexos, parte integrante neste ato convocatório.

**ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 35/2016 (Sequência: 1)**

Ao(s) 14 de Novembro de 2016, às 09:30 horas, na sede da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 1743/2016, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 45/2016, Licitação nº 36/2016 - PR, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

**Parecer da Comissão:** Comissão Julgadora de Licitação, Pregoeira e Equipe Técnica através da enfermeira Roseli Gabriel Bonavigo constaram que as propostas foram elaboradas de acordo com os anexos do edital, acompanhados dos seus manuais e registros, porém a empresa INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA através de sua representante a Sra. KATY DAYANA SERPA manifestou interesse em interpor recurso, alegando que a empresa BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA apresentou um equipamento na proposta desta licitação, porém este equipamento não está registrado na ANSIVA da forma como foi apresentado na proposta nesta licitação para esta Comissão de Licitação Pregoeira e Equipe Técnica. Terá ela o prazo de 03 (três) dias consecutivos para apresentação das razões de recurso. A empresa BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, já intimada na Sessão Pública acima referida, terá o prazo de 03 (três) dias consecutivos para apresentarem as contrarrazões, que começará a correr do término desta sessão. (esta ata será enviada por e-mail para a empresa BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, bem como será amplamente divulgada no site do município.)

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS**

**CNPJ:** 12.273.240/0001-49  
**Rua João Castilho, 111**  
**C.E.P.:** 89898-000 - Tunápolis - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**  
**Nr.: 36/2016 - PR**

**Processo Administrativo:**  
**Processo de Licitação:** 45/2016  
**Data do Processo:** 11/10/2016

Folha: 2/3

**Participante:** 6895 - INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1	<p>Câmara refrigerada científica para conservação de vacinas  - Capacidade para armazenamento mínimo de 500 litros úteis.  - Refrigeração por compressor hermético, selado, de baixo consumo de energia, com sistema de circulação forçado de ar interno por difusor, dispositivo que faz a distribuição do ar por gaveta, garantindo uma maior homogeneidade na temperatura interna.  - Degelo automático com evaporação de condensado.  - Câmara interna construída em aço inox, com seis gavetas em aço inox removíveis; com trilhos telescópicos que possibilitam a retirada total da gaveta.  - Porta de acesso vertical em vidro triplô com sistema antiembaçamento.  - Isolamento térmico mínimo de 75 mm nas paredes em poliuretano injetado expandido livre de CFC.  - Equipado com 4 rodízios especiais com freio na parte frontal para fácil travamento.  - Iluminação interna temporizada em led de alta capacidade e vida útil, acionamento na abertura da porta ou externamente direto no painel com tempo programável pelo usuário.  - Painel de comandos e controles frontal superior em LCD, no qual permita ajustes dos parâmetros pelo usuário, com memória interna para armazenar dados das variações de temperatura e eventos ocorridos por 30 anos, sistema micro processado, programável de 2°C a 8°C com temperatura controlada automaticamente a 4°C por solução diatérmica, apresentando simultaneamente a visualização das temperaturas de momento, máxima e mínima e bateria, descrevendo todos os eventos que ocorrem;  -Saída USB para exportação de dados, elaboração de relatórios das variações de temperatura e eventos ocorridos em pdf.  - Alarme visual, sonoro e escrito no painel de todos os eventos que ocorrem  - Alarme visual e sonoro dotado de bateria recarregável  - Silenciador do alarme sonoro, de apenas um toque.  - Sistema de redundância elétrico / eletrônico garantindo perfeito funcionamento do equipamento.  - Sistema de bateria para acionamento dos alarmes na falta de energia.  - Tampa frontal basculante para limpeza do sistema mecânico e filtros.  - Chave geral de energia - liga desliga.  - Equipamento disponível em 110 ou 220 volts, 50/60 Hz.  - Sistema de auto check das funções eletrônicas programadas.  - Registro na ANVISA.</p> <p>- Discadora de telefone para até 6 números diferentes.</p> <p>-Sistema de emergência para manter a temperatura por 24 horas sem energia elétrica</p>	Un	1,00	INDREL	0,0000	25.000,00	25.000,00

**Total do Participante ----->** 25.000,00

**Total Geral ----->** 25.000,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS**

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 36/2016 - PR**

**CNPJ:** 12.273.240/0001-49  
**Rua João Castilho, 111**  
**C.E.P.:** 89898-000 - Tunápolis - SC

**Processo Administrativo:**  
**Processo de Licitação:** 45/2016  
**Data do Processo:** 11/10/2016

Folha: 3/3

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Tunápolis, 14 de Novembro de 2016

**COMISSÃO:**

SHEILA INÊS BIEGER - ..... - Pregoeiro(a)  
IVETE ORTH - ..... - DIRETORA DEPARTAMENTO  
SHEILA INÊS BIEGER - ..... - AUXILIAR CONTABILIDADE  
JOSÉLI TERESINHA BECKER HOFMANN - ..... - COORDENADORA DE SANEAMENTO BÁSICO  
PAULO GROTH - ..... - MECÂNICO  
DEISI FLACH - ..... - DIRETORA ADJ DEPARTAMENTO

**Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:**

KATY DAYANA SERPA - ..... - Representante  
Roseli Gabriel Bonavigo - .....